

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ANEXO I

ICU: 070401 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS

Nº DE EXPEDIENTE:

070401_21_024

1. Objeto del documento:

El presente documento tiene como fin establecer el objeto del contrato a que se refiere en el documento Pliego de Prescripciones Técnicas.

2. Objeto del contrato:

- Ultracongelador Eppendorf de -80 °C de la serie Cryocube®; modelo F570n
 - Rango de temperatura entre -50 y -86 °C
 - Capacidad 570 L, con interior de acero inoxidable y refrigeración por aire
 - 5 compartimentos interiores con 5 puertas interiores aisladas
 - 4 estantes reforzados (carga de hasta 65 kg)
 - Máx. nº de racks por congelador: 25 (5 racks por compartimento)
 - Dimensiones externas (An x Pr x Al): 109.4 x 89.7 x 194 cm
 - Dimensiones internas (An x Pr x Al): 76.5 x 57.5 x 126.5 cm
 - Peso sin accesorios: 281 kg
 - Tiempo de bajada de temperatura a -80 °C (230 V): 3 h 50 min
 - Tiempo de recuperación a -80 °C (230 V): 29 min
 - Nivel de ruido: 58.0 db
 - Aislamiento con espuma ecológica de poliuretano (pared de 130 mm)
 - Líquidos refrigerantes ecológicos: R290/R170
 - Interruptor principal bloqueable para prevenir apagados por accidente
 - Tecla auto vent para acelerar la compensación automática de presión
 - Manilla metálica ergonómica basada en el PhysioCare Concept® (menos fuerza de acción y acceso más fácil)
 - 4 ruedas para desplazamiento y pies de nivelación para estabilidad horizontal
- Sistema de alarmas: tono de alarma in situ; luz de control en el panel de control; mensaje de alarma en el panel de control; reenvío de alarma a sistema de gestión de edificaciones.

ANEXO 1-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS_EXP: **070401_21_024**

Página 1 de

CSV : GEN-0884-0fe6-a264-acb6-cd74-abcb-a6ad-d601

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JESUS MIRON LOPEZ | FECHA : 29/06/2021 09:48 | Informa

